


HPLC Analysis for V1888 dp44mt 152095-12-0

样品名:	YIJING-150	进样量:	20.0
瓶序号:	RE7	通道:	UV_VIS_1
样品类型:	unknown	波长:	254
控制程序:	XU-254-150	带宽:	n.a.
定量方法:	方法	稀释因子:	1.0000
记录时间:	2022/5/13 23:55	样品重量:	1.0000
运行时间 (min):	150.00	样品量:	1.0000



序号	保留时间 min	峰名称	峰高 mAU	峰面积 mAU*min	相对峰 面积 %	样品量	类型
1	1.88	n.a.	7.750	0.466	0.04	n.a.	BMB*
2	11.35	n.a.	3.875	1.290	0.11	n.a.	BMB*
3	66.06	n.a.	749.091	1141.038	99.85	n.a.	BMB
总和:			760.715	1142.794	100.00	0.000	

InvivoChem LLC

<https://www.invivochem.com/>

sales@invivochem.com