


# HPLC Analysis for V084701 Methotrexate

## <样品信息>

样品名 : P20210605-1  
 样品ID :  
 数据文件名 : P20210605-1.lcd  
 方法文件名 : 柱效方法-JADL.lcm  
 批处理文件名 : 20210607- 柱效测定 .lcb  
 样品瓶号 : 1-2  
 进样体积 : 10 uL  
 分析日期 : 2021/06/07 13:12:14  
 处理日期 : 2021/06/07 14:30:41

样品类型 : 未知  
 分析者 : sunlimei  
 处理者 : sunlimei

## <色谱图>



## <峰表>

P20210605-1.lcd

检测器A 302nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子
1	3.395	67167	11820	0.315	7399	1.337
2	4.998	2025	258	0.010	2425	--
3	5.145	2448	290	0.011	3176	--
4	5.372	2976	289	0.014	2833	--
5	5.584	3617	437	0.017	7470	--
6	6.212	21224312	2213556	99.574	8953	1.278
7	13.287	7494	452	0.035	14637	1.066
8	14.168	4996	194	0.023	7262	--
总计		21315034	2227296	100.000		